



1、该虚线范围为设计范围，范围线（不含外墙、外窗、消防系统、移动式家具等）；
2、手术室配置表：

3、吊顶高度：手术室吊顶高度2.8m；辅助区域吊顶高度2.5m。

BEST[®] 重庆倍思特环境净化有限公司 CHONGQING BEST CLEANROOM CO.,LTD			建设单位 重庆医科大学康复医院（大渡口） 工程名称 腔镜手术室		
审 定		注册师	腔镜手术部 平面布置图	设计号	
审 核		校 对		图 别	
工程负责		设 计		图 号	ZS-01
专业负责		制 图		日 期	